

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
ЗАО "Предприятие В-1336"**

**Газоанализаторы  
ИВЭ-50-4**

паспорт

**1336.413311.003ПС**

**Пермь**

## 1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1 Стационарные (оптические и электрохимические) газоанализаторы ИВЭ-50-4 (далее по тексту - газоанализаторы) предназначены для автоматического, непрерывного измерения содержания метана  $\text{CH}_4$  или сероводорода  $\text{H}_2\text{S}$  во взрывоопасных газовых средах.

1.2 Основные технические данные приведены в руководстве по эксплуатации.

## 2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

	Наименование	Кол.
1	Газоанализатор ИВЭ-50-4. 2 " <u>CH<sub>4</sub></u> "	1 шт.
2	1336.413311.003МП Методика поверки	1 экз.
3	1336.413311.003РЭ Руководство по эксплуатации	1 экз.
4	1336.413311.003ПС Паспорт	1 экз.
	Упаковка	1

2.1 Переменные данные заполняют от руки несмывающимися чернилами (пастой).

## 3 РЕСУРС, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

3.1 Средняя наработка на отказ не менее 10000 часов.

3.2 Средний срок службы не менее 10 лет.

3.3 Хранение изделия должно соответствовать условиям 1(Л) по ГОСТ 15150-69 при отсутствии коррозионной среды.

3.4 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям эксплуатационной документации при соблюдении условий эксплуатации.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента отгрузки изделия.

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня отгрузки изделия.

Межповерочный интервал – 1 год.

Действие гарантийных обязательств прекращается:

- при истечении гарантийного срока хранения, если изделие не введено в эксплуатацию до его истечения;
- при нарушении потребителем условий и правил эксплуатации, установленных эксплуатационной документацией на изделие.

3.5 При обнаружении неисправности в период гарантийных обязательств потребителем должен быть составлен акт о необходимости ремонта и отправки предприятию-изготовителю по адресу:

**614990, г. Пермь Комсомольский пр., 34 к. 208**

коммерческий отдел: **(342) 219-60-20, 219-60-30, 212-74-93;**

производственный отдел: **(342) 219-29-28;**

отдел разработки: **(342) 290-55-00;**

факс: **(342) 212-97-65**





1336.413311.003ПС

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

ИВЭ-50-4.2 (СН<sub>4</sub>)

наименование

№

заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным к эксплуатации.

Начальник ОТК

МП

личная подпись

Кудрин В.А.

расшифровка подписи

год месяц число

-----  
линия отреза при поставке на экспорт

Руководитель предприятия

обозначение документа,  
по которому производится поставка

МП

личная подпись

расшифровка подписи

год месяц число

Заказчик  
(при наличии)

МП

личная подпись

расшифровка подписи

год месяц число