

Акционерное общество «Самотлорнефтегаз»
(АО «Самотлорнефтегаз»)
628606, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,
г.о. Нижневартовск, г. Нижневартовск, ул. Ленина зд.4,
тел. 8 (3466) 62-20-24

Испытательная (химико-аналитическая) лаборатория № 1
Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,
р-н Нижневартовский, тер. Самотлорское месторождения нефти, ДНС-32
5,4 км на северо-запад от КСП-24, хим. Лаборатория

фактический адрес (адреса) и адрес места (мест) осуществления деятельности в заявленной области аккредитации/сертификации
тел. 8(3466) 67-42-42 доб. 4309; 8(3466) 67-42-42 доб. 4338; oviskandarova@smn.rosneft.ru

Страница 1 из 2

УТВЕРЖДАЮ
Начальник лаборатории
О.В. Искандарова
Дата утверждения протокола:
"06" "11" 2024г

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1643 от 05.11.2024

1. Категория испытаний*: Периодические
2. Наименование образца испытаний*: Нефть
3. Заказчик: АО «Самотлорнефтегаз»,
юридический адрес: 628606, Российская Федерация,
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.о. Нижневартовск,
г. Нижневартовск, ул. Ленина зд.4, тел. 8 (3466) 62-20-24
фактический адрес: 628606, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,
р-н Нижневартовский, Самотлорское месторождение
юридический адрес и фактический адрес места осуществления деятельности
4. Место отбора пробы*: ЦППН-4; КСП-11, КСП-16
5. Регистрационный номер пробы: 1197, 1198
6. Номер акта отбора/ накопления проб*: 774, 1431
7. Тип пробы*: точечная
8. Метод отбора пробы*: ГОСТ 2517-2012 п. 4.13.3
9. Дата, время отбора пробы*: 18.10.2024 07:50; 09:50
10. Дата, время доставки пробы в лабораторию: 22.10.2024 14:00
22.10.2024-26.10.2024
11. Дата проведения испытания:
12. Условия проведения измерений соответствуют требованиям методик измерений.
13. Основное применяемое оборудование:

№ п/п	Наименование и тип (марка) оборудования	Заводской номер	Срок действия поверки/аттестации
1	2	3	4
1	Секундомер электронный Интеграл С-01	441834	02.06.2025
2	Прибор контроля параметров воздушной среды Метеометр МЭС-200А	8408	27.03.2025
3	Термостат жидкостный ВИС-Т-08 в комплекте с охлаждающим термостатом А600	309020/029022// 233063	05.03.2026

14. Результаты испытаний:

Рег. №	Дата отбора	Место отбора	Наименование показателя, ед.изм.	НД на метод испытаний (шифр)	Температура испытания, °С	Результат испытаний	Приписанная погрешность ±Δ, (при Р=0,95)	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1198	18.10.2024	КСП-11	Вязкость кинематическая, мм2/с	ГОСТ 33-2016 "Нефть и нефтепродукты. Прозрачные и непрозрачные жидкости. Определение кинематической и динамической вязкости"	при t=35,44 °С	4,573	0,023	4,57	*10 ⁻⁶ м²/с
					при t=20,0 °С	7,220	0,037	7,22	*10 ⁻⁶ м²/с
					при t=50,0 °С	3,690	0,019	3,69	*10 ⁻⁶ м²/с
1197	18.10.2024	КСП-16			при t=34,07 °С	3,267	0,017	3,27	*10 ⁻⁶ м²/с
					при t=20,0 °С	7,108	0,036	7,11	*10 ⁻⁶ м²/с
					при t=50,0 °С	3,379	0,017	3,38	*10 ⁻⁶ м²/с

Ответственный за оформление протокола испытаний
Лаборант химического анализа
Лаборант химического анализа

Негрило Е.А.
Касьянова А.Н.

Дата выдачи протокола испытаний: "05" ноября 2024 г.

Примечание:

1. Результат получен как среднее арифметическое из двух результатов единичных измерений.
2. Полученные результаты относятся только к представленному Заказчиком образцу.
3. Результаты испытания, приведенные в протоколе, относятся только к пробе, подвергнутой испытанию.
4. Испытательная (химико-аналитическая) лаборатория №1 за отбор и доставку проб ответственности не несет. Проба отобрана и предоставлена Заказчиком.
5. Испытательная (химико-аналитическая) лаборатория №1 несет ответственность за всю информацию, предоставленную в протоколе испытаний, за исключением случаев, когда информация предоставляется Заказчиком.
6. Испытательная (химико-аналитическая) лаборатория №1 мнения и интерпретации не предоставляет.
7. Дополнение или отклонение, или исключения от методик испытаний не предусмотрено.
8. Испытательная (химико-аналитическая) лаборатория №1 не делает заключений о соответствии объекта спецификациям или стандартам.
9. Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения Испытательной (химико-аналитической) лаборатории №1 запрещается.
10. *Информация, предоставленная Заказчиком.
11. Протокол испытаний не включает в себя результаты испытаний, полученных от внешних поставщиков.

Конец протокола испытаний № 1643 от 05.11.2024